



EG-Konformitätserklärung EC-Certificate of Compliance



Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der
Herewith we confirm that our

Thermischen Massen Durchflussmesser:
Thermal Mass Flowmeter:

Modelle FMT200-ECO2
Models FMT200-ECO2

Sensyflow V14252-...
Sensyflow V14252-...

mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. der Richtlinie 94/9/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft. Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

are in compliance with the Essential Health and Safety Requirements with refer to the council directives 94/9/EC of the European Community. The safety and installation requirements of the product documentation must be observed.

EG-Baumusterprüfbescheinigung/*EC-Type Examination Certificate:* ---

Baumusterprüfbescheinigung/*Type Examination Certificate:* ---

Herstellereklärung/*Certificate of compliance* BZ-13-8023

Benannte Stelle/*Notified Body:* ---

Geräte-Kennzeichnung/*Apparatus code:*

FMT200-ECO2 II 3 G .../ II 3 D ...

Sicherheitstechnische Daten: siehe Herstellereklärung
Safety values: refer to Certificate of compliance

Angewandte Normen:
Standards: EN60079-0:2006
EN60079-15:2005
EN61241-0:2006
EN61241-1:2004
EN60529:1991+ A1:2000

Göttingen, 01. Dezember 2011

i.V. Klaus Schäfer
(QM Manager)

i.V. Dr. Günter Kuhlmann
(R&D Manager)

BZ-13-8022
Rev.01

ABB Automation Products GmbH